

## Procedimiento técnico-científico y participativo para la exclusión de tecnologías

Nominador: NUEVA EPS

Persona jurídica individual - Aseguradoras (incluye EPS y compañías de seguros que ofrecen servicios o cobertura en salud)

---

### 1 Información de la tecnología nominada para posible exclusión

#### Nombre de la tecnología

27-Toallas de limpieza para prótesis Provox

#### Nombre la enfermedad o condición de salud que motiva la nominación de exclusión de la tecnología

#### Observación

Clasificación:Dispositivo Medico

Descripción clasificación:Toallas de limpieza para prótesis Provox

---

### Información de criterios de exclusión

**A) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas.A) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas. SELECCIONADO**

Se trata de un insumo para el aseo en el área de inserción de la prótesis de voz Provox; la ficha técnica del fabricante refiere que su uso puede ser reemplazado por agua y jabón

**B) Que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica NO SELECCIONADO**

**C) Que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica. NO SELECCIONADO**

**D) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente. NO SELECCIONADO**

**E) Que se encuentren en fase de experimentación. NO SELECCIONADO**

**F) Que tengan que ser prestados en el exterior NO SELECCIONADO**

---

### Información adicional

**Relación de evidencia que soporta la justificación o justificaciones y anéxela si aplica**

No adjunto evidencia

No presenta conflicto de interes